Votre voyage vers l'audition commence ici

Dès que vous verrez et toucherez Neuro 2, le processeur de son premium d'Oticon Medical, vous pourrez apprécier le soin apporté aux moindres détails lors de sa conception. Ses caractéristiques soigneusement conçues font appel à une ingénierie de haute qualité, qui s'est concentrée sur la qualité sonore et la convivialité. C'est ainsi que Neuro 2 vous donne confiance en votre audition tout au long de la journée, tous les jours.

Comment lire ce guide ?

Votre processeur de son Neuro 2 dispose de témoins lumineux pour vous guider. Voici les correspondances :

- Témoin lumineux vert bref
- Témoin lumineux orange bref
- Témoin lumineux rouge bref
- Témoin lumineux vert continu
- Témoin lumineux orange continu
- Témoin lumineux rouge continu

Certaines actions et événements sont parfois accompagnés d'un certain nombre de bips sonores :

♪ Le processeur de son émet 1 bip

Actions :

- Appuyez longuement sur la partie supérieure
- Appuyez de manière brève sur la partie supérieure
- Appuyez longuement sur la partie inférieure
- Appuyez de manière brève sur la partie inférieure

Because sound matters*

Oticon Medical est une société internationale spécialisée dans les systèmes auditifs implantables. Notre objectif est de permettre à tous les utilisateurs d'accéder au monde merveilleux du son, à chaque étape de leur vie. Grâce à notre appartenance à l'un des plus grands groupes spécialisés dans les solutions auditives, et aux liens qui nous unissent à Oticon, nous bénéficions des dernières avancées technologiques issues de la recherche dans l'audition. Nos compétences résultent de plus d'un siècle d'innovations dans le domaine de l'audiologie et de décennies d'expérience pionnière en matière d'implant auditif.

Notre proximité des patients, et notre étroite collaboration avec les professionnels de l'audition, nous permettent de garantir que chaque produit créé intègre les besoins et les attentes des utilisateurs. Nous nous engageons à offrir des solutions auditives innovantes et le service associé, contribuant à améliorer la qualité de vie des patients, quel que soit leur mode ou style de vie. Parce que nous considérons la valeur que représente chaque son.

18634OFR - version B

** Parce que chaque son a de la valeur*

Oticon Medical
Neurelec
2720 Chemin Saint Bernard
06220 Vallauris – France
Tél: +33 (0)4 93 95 18 18
Fax: +33 (0)4 93 95 38 01
Email: info-ic@oticonmedical.fr

oticon MEDICAL | Because sound matters

www.oticonmedical.com

SYSTÈME D'IMPLANT COCHLÉAIRE

Neuro 2 Guide utilisateurs – Témoins lumineux et sonores



oticon MEDICAL

Quand vous l'avez en main

Mise en marche

NB : le processeur de son s'allume automatiquement quand un module d'alimentation est connecté.

Arrêt

NB : le processeur de son s'éteint automatiquement lorsque vous ôtez le module d'alimentation ou au bout de 30 minutes de non communication avec l'implant.

Identification gauche/droite – Implantation bilatérale

Contrôle des microphones

Parlez simplement à votre processeur de son !



Quand vous le portez

Sélecteur de programmes



P1 ● ♪ P3 ● ● ● ♪♪♪

P2 ● ● ♪♪ P4 ● ● ● ● ♪♪♪♪

Le processeur de son démarre sur le programme d'écoute général (P1) ou sur le dernier programme, selon le réglage.

Alerte de batterie / piles

● ● ● ● ♪♪ ♪♪ Batterie / piles faibles

♪♪♪♪ Batterie / piles déchargées

Votre régleur peut configurer votre processeur de son pour s'adapter au mieux à vos préférences. Si vous avez des questions concernant votre processeur de son Neuro 2, veuillez contacter votre service clients local Oticon Medical ou votre distributeur Oticon Medical.

Connexion de l'implant

♪ Lorsque la connexion avec l'implant a été établie

Lorsque la connexion avec l'implant a été perdue

Contrôle du volume



En détails :

Maximum	● ♪♪♪	Lorsque le niveau maximum est atteint
Niveau de démarrage	♪♪	Lorsque le niveau par défaut est atteint
Minimum	● ♪♪♪	Lorsque le niveau minimum est atteint

Mode silencieux

Appuyez très longuement sur la partie supérieure ou inférieure pour couper le son.



Appuyez brièvement sur le bouton poussoir pour remettre le son.